

ZEYİLNAME

2645013 Dosya Numaralı 1 Adet Manyetik Halat Kontrol (Elektrografi) Cihazı İhalesi (2026/ 892319)

Zeyilname Konusu : Aşağıda ayrıntılı yer alan ihale dokümanı maddeleri düzeltilmiştir.

16/06/2026 tarihinde yapılacak olan 2645013 dosya 1 Adet Manyetik Halat Kontrol (Elektrografi) Cihazı ihalesi 25.06.2026 tarihine ertelenmiş olup İdari ve Teknik Şartname aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Tekliflerin hazırlanmasında aşağıda güncellenen şartname maddelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

İDARİ ŞARTNAME DÜZENLENEN MADDE

ESKİ MADDE

Madde 3.1.ç) İhale (son teklif verme) tarihi: 16/06/2026

YENİ MADDE

Madde 3.1.ç) İhale (son teklif verme) tarihi: 25/06/2026

TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLENEN MADDE

ESKİ MADDE

2.12. Cihazla birlikte 1 adet tablet verilecektir. Tablet aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

- Tablet üzerinden ölçüm sonuçları anlık izlenebilecektir.
- Çalışma süresi en az 6 saat olacaktır.
- Depolama kapasitesi en az 1 TB olacaktır.
- En az 10 metre uzunluğunda 2 Adet bağlantı kablosu bulunacaktır.
- Çalışma sıcaklığı -20°C ile +50°C arasında olacaktır.
- LMA/LF kalibrasyonu yazılım üzerinden yapılabilmelidir.
- Gres yağından etkilenmemelidir.
- USB, WİFİ, Bluetooth, RJ bağlantıları bulunmalıdır.
- İşletim sistemi Windows olacaktır.
- Ergonomik kullanım için tablet askı aparatı ve taşıma esnasında tableti koruma kılıfı bulunmalıdır.

YENİ MADDE

2.12.Cihazla birlikte 1 adet tablet bilgisayar veya cihazla uyumlu kontrol ünitesi verilecektir. Tablet bilgisayar verilmesi halinde tablet bilgisayar aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

- Tablet üzerinden ölçüm sonuçları anlık izlenebilecektir.
- Çalışma süresi en az 6 saat olacaktır.
- Depolama kapasitesi en az 1 TB olacaktır.
- En az 10 metre uzunluğunda 2 Adet bağlantı kablosu bulunacaktır.
- Çalışma sıcaklığı -20°C ile +50°C arasında olacaktır.
- LMA/LF kalibrasyonu yazılım üzerinden yapılabilmelidir.
- Gres yağından etkilenmemelidir.
- USB, WİFİ, Bluetooth, RJ bağlantıları bulunmalıdır.

- İşletim sistemi Windows olacaktır.
- Ergonomik kullanım için tablet askı aparatı ve taşıma esnasında tableti koruma kılıfı bulunmalıdır.


KİBAR YILDIRIM
Şube Müdürü V.


AYDIN ÇEVİK
Satınalma Dairesi Başkanı V.

İdari şartnamemizin 14.3. maddesinde yer alan ihale dokümanında değişiklik yapılması hükmüne istinaden şartnamelerde yapılan değişiklik firmalara duyurulur.