

2023 YILI
OMURGA TAHTASI ve EĞİTİM MAKETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı ihtiyacı olarak omurga tahtası ve eğitim maketleri satın alınacaktır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-Omurga Tahtası (Baş Sabitleyici ve Emniyet Kemerleri Dahil)

2.2.1-Şekilde görüldüğü gibi olmalıdır.

2.2.2-Omurga tahtası hasta ve yaralının taşınmasında kesinlikle eğilme bükülme yapmamalıdır.

2.2.3-Omurga tahtası suya karşı dayanıklı olup, dezenfekte işleminde zarar görmemelidir.

2.2.4- Sırt tahtası baş sabitleyici ve örümcek kemer ile kullanıma uygun olmalıdır.

2.2.5-X ışınlarını geçirgen olmalıdır.

2.2.6-Sırt tahtası sağ tarafında 4 adet sol tarafında 4 adet ön tarafında 2 adet arka tarafında ve 2 adet hasta taşımayı kolaylaştıracak el tutma boşluğu olmalıdır.

2.2.7-Tahtanın sol tarafında 3 adet ve sağ tarafında 3 adet olmak üzere, hasta sabitleme emniyet kemeri tutma boşluğu olacaktır.

2.2.8-Omurga tahtasına uyumlu 1 adet baş sabitleyici olacaktır.


2.2.9-Omurga tahtası yetişkin tipi olup, plastik içerikli malzemeden üretilmiş olmalı, rengi turuncu olmalıdır.

2.2.10-Omurga tahtasının boyutları kalınlık 3-4,5cm, genişlik 45-50cm, uzunluk 180-190cm ve ağırlığı 5-9kg olacaktır.

2.2.11-Omurga tahtasının hasta ve yaralı taşıma kapasitesi 150 kg ağırlık için uygun olacaktır.

2.2.12-Hastanın omurga tahtasına sabitlemek için üç adet emniyet kemeri verilecektir.

2.2.13-Teklif edilen omurga tahtası Türkiye de üretilmiş ise TSE belgesi ithal ise CE belgesini ilgili firma tarafından alıcıya sunulacaktır.



2.2-Eğitim maketi;

2.2.1-Sağlık Bakanlığı ilk yardım yönetmeliğine uygun olmalıdır.

2.2.1 –Cpr Eğitim maketi 1 adet bebek, 1 adet çocuk, 2 adet tam boy yetişkin olmalıdır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Gerekli görülecek kontrol. muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER:

4.1- Omurga tahtası şekli teknik şartname üzerinde gösterilmiştir.

4.2-Teklif edilecek malzemelerin Sağlık Bakanlığı'ndan üretim / ithal belgesi alınmış olması gerekmektedir.

4.5-Firmalar teklif verdikleri malzemelere ait katalog vereceklerdir ve bu malzemeleri katalog

üzerinde net bir şekilde göstereceklerdir.

4.6-Firmalar teklifle veya teslimatla birlikte yerli ürünler için TSE Uygunluk Belgesi, ithal ürünler için CE Belgesi vereceklerdir.

4.7-Malzemeler 2 (iki) yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.8-Malzemeler orijinal ambalajları içinde olacaklardır.

4.9-İlgili firmalar tarafından alınan tıbbi teçhizatın tamamı teslim edilmeden önce şartname şartlarına göre değerlendirmek üzere, anılan listede yer alan malzemelerden bir adet numune muayene komisyonuna getirecektir.

4.10- 2., 3. ve 4. kalem malzemeler birbirleri ile grup olup, grup malzemeler aynı firmaya sipariş verileceğinden bu malzemelere kısmi teklif verilemeyecektir. Diğer kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.11-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

4.12-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SURESİ:

5.1-Firmalar malzemeyi 45 gün içerisinde teslim edeceklerdir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sıra No	Malzeme	Sipariş Miktarı (Adet)
1	Omurga Tahtası (Baş sabitleyici ve emniyet kemeri dahil)	30
2	Cpr Eğitim maketi bebek	1
3	Cpr Eğitim maketi çocuk	1
4	Cpr Eğitim maketi yetişkin	2

6-FATURA BİLGİLERİ

6.1-Faturalar, belirtilen malzeme dağılım tablosuna uygun olarak aşağıdaki fatura bilgilerine göre ait oldukları birimler adına ayrı ayrı düzenlenecektir.

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK	KARAEMLAS	879 003 3931